

## Préparations magistrales de poches de nutrition parentérale - Laboratoire Baxter Façonnage

**Le laboratoire Baxter Façonnage procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel de 17 poches de préparations magistrales de nutrition parentérale fabriquées le 07/08/2018.**

Ce rappel fait suite à la détection d'une contamination environnementale atypique. L'essai de stérilité est lui conforme.

Le rappel est effectué en direct auprès des deux hôpitaux concernés.

Aucun numéro d'alerte n'est donc attribué à ce rappel.