

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 24/09/2021

# Chlorure De Sodium 0,9 % B. Braun, solution pour perfusion, Ecobag surpochée - B. Braun Medical

## Niveau de rappel : Hôpitaux

Le laboratoire B. BRAUN Medical procède, en accord avec l'ANSM, au rappel du lot mentionné ci-dessous de la spécialité pharmaceutique CHLORURE DE SODIUM 0,9 % B. BRAUN, solution pour perfusion, ECOBAG surpochée - Code CIP : 3400936049451

- Lot : 212537661
- Date de péremption : 01/2023

Ce rappel fait suite à la mise en évidence d'un défaut de scellage au niveau de la tubulure de remplissage de la poche (située entre les deux ports). Ce défaut peut engendrer une fuite.

Compte tenu du nombre réduit de destinataires (deux hôpitaux), le rappel est effectué en direct auprès des hôpitaux destinataires du lot concerné.

Aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce retrait.