

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 02/10/2018

Chirurgie du rachis - Ecrou auto-cassant du système rachidien Vitality - Zimmer Biomet Spine - Rappel

Chirurgie du rachis - Ecrou auto-cassant du système rachidien Vitality - Zimmer Biomet Spine - Rappel

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de retrait de lot effectuée par la société Zimmer Biomet Spine. Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(02/10/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1814188.