

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 02/10/2018

## Chirurgie du rachis - Ecrou auto-cassant du système rachidien Vitality - Zimmer Biomet Spine - Rappel

### **Chirurgie du rachis - Ecrou auto-cassant du système rachidien Vitality - Zimmer Biomet Spine - Rappel**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de retrait de lot effectuée par la société Zimmer Biomet Spine. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (02/10/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1814188.