

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 04/10/2018 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

## Ozurdex 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur - Allergan France

Le laboratoire ALLERGAN France procède, en accord avec l'ANSM, au rappel des lots mentionnés ci-dessous de la spécialité :

 OZURDEX 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur Code CIP 3400949407118

Lots concernés - Date de péremption	Lots concernés - Date de péremption
Lot E76943 - Péremption Octobre 2018	Lot E77093 - Péremption Novembre 2018
Lot E77116 - Péremption Novembre 2018	Lot E77676 - Péremption Janvier 2019
Lot E77871 - Péremption Février 2019	Lot E78167 - Péremption Mars 2019
Lot E78894 - Péremption Août 2019	Lot E79222 - Péremption Septembre 2019
Lot E79366 - Péremption Octobre 2019	Lot E79698 - Péremption Novembre 2019
Lot E79919 - Péremption Décembre 2019	Lot E80125 - Péremption Janvier 2020
Lot E80405 - Péremption Février 2020	Lot E80603 - Péremption Mars 2020
Lot E80787 - Péremption Avril 2020	Lot E80967 - Péremption Avril 2020

Lot E81083 - Péremption Mai 2020	Lot E81273 - Péremption Mai 2020
Lot E81547 - Péremption Juillet 2020	Lot E81571 - Péremption Juillet 2020
Lot E81924 - Péremption Septembre 2020	Lot E82463 - Péremption Novembre 2020
Lot E82526 - Péremption Décembre 2020	Lot E82638 - Péremption Décembre 2020
Lot E82657 - Péremption Janvier 2021	Lot E82720 - Péremption Janvier 2021
Lot E82920 - Péremption Février 2021	Lot E82960 - Péremption Février 2021

Ce rappel fait suite à la détection sur l'implant d'une particule de silicone provenant du manchon de l'aiguille OZURDEX.

Pour toute question ou information médicale complémentaire, vous pouvez contacter notre :

• Département Information Médicale

Tél: 0800 001 204

ou email : pa-medinfo@allergan.com

Niveau de rappel : officines, établissements de santé et circuit de distribution pharmaceutique.

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 12/10/2018 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

Ozurdex 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur - Allergan France (complément au rappel du 04/10/2018)

Le laboratoire ALLERGAN France procède, en accord avec l'ANSM, au rappel du lot mentionné ci-dessous de la spécialité

RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 09/10/2018 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

Ozurdex® 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur (dexaméthasone) : recommandations suite à la détection de particule de silicone sur certains implants

Ozurdex® 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur (dexaméthasone) : recommandations suite à la détection de particule de silicone sur certains implants - Lettre aux professionnels de santé