

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 12/10/2018 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

Ozurdex 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur - Allergan France (complément au rappel du 04/10/2018)

Le laboratoire ALLERGAN France procède, en accord avec l'ANSM, au rappel du lot mentionné ci-dessous de la spécialité

- OZURDEX 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur
Code CIP 3400949407118
Lot E80414
Péremption FEVRIER 2020

Ce rappel fait suite à la détection sur l'implant d'une particule de silicone provenant du manchon de l'aiguille OZURDEX.

Pour toute question ou information médicale complémentaire, vous pouvez contacter notre Département Information Médicale Tél : 0800 001 204 ou email : pa-medinfo@allergan.com.

Niveau de rappel : officines, établissements de santé et circuit de distribution pharmaceutique.

RISQUES MÉDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 09/10/2018 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

Ozurdex® 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur (dexaméthasone) : recommandations suite à la détection de particule de silicone sur certains implants

Ozurdex® 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur (dexaméthasone) : recommandations suite à la détection de particule de silicone sur certains implants - Lettre aux professionnels de santé

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 04/10/2018 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

Ozurdex 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur - Allergan France

Le laboratoire ALLERGAN France procède, en accord avec l'ANSM, au rappel des lots mentionnés ci-dessous de la spécialité :
