

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 18/02/2022

Chlorure de Sodium 0,9 % Carelide, solution pour perfusion - Carelide

Rappel en direct auprès des hôpitaux concernés. Aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce retrait.

Le Laboratoire Carelide procède, en accord avec l'ANSM, au rappel du lot mentionné ci-dessous de la spécialité :

- Chlorure de sodium 0.9% Carelide, solution pour perfusion - Poches de 250 mL Macoflex N
 - CIP : 34009 356 317 5 6
 - Lot 21100090 (péremption 10/2023)

Ce rappel fait suite à la mise en évidence de poches présentant une rupture possible de la soudure latérale lors de la purge de celles-ci.

A ce jour, le laboratoire Carelide n'a pas enregistré de cas de pharmacovigilance lié à ce défaut.