

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 02/05/2022

Endoscopie - Single channel endoscopes with a T-Luer, Karl Storz

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2211141/R2212341.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Karl Storz.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

A titre de rappel, selon l'instruction N° DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016 relative à relative au traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux au sein des lieux de soins, il n'est pas recommandé d'utiliser des produits contenant des aldéhydes.

Téléchargez le courrier de la société Karl Storz