

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 30/06/2022

## Réactif VeriSeq NIPT Solution v2 - Illumina

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2201974.

En accord avec 'ANSM, la société Illumina a informé les utilisateurs du réactif VeriSeq NIPT Solution v2 de sa position concernant l'utilisation d'échantillons congelés. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Illumina