

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 12/07/2022

## Réactif VeriSeq NIPT v2 - Illumina

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2201974.

Le 18 janvier 2022, l'ANSM a été informée par des laboratoires de biologie médicale d'une potentielle rupture de stock mondiale du kit VeriSeq NIPT v2 commercialisé par la société Illumina. Ce réactif est utilisé pour la réalisation du dépistage prénatal non invasif (DPNI), notamment de la trisomie 21.

La société Illumina a informé les utilisateurs concernés de la résolution de ces problèmes d'approvisionnement et leur a adressé le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Illumina

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 09/02/2022 - MIS À JOUR LE 12/07/2022

Réactif VeriSeq NIPT v2 - Illumina - Rupture de stock

Le 18 janvier 2022, l'ANSM a été informée par des laboratoires de biologie médicale d'une potentielle rupture de stock mondiale du kit VeriSeq NIPT v2 commercialisé par la société Illumina.