

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 09/08/2022 - MIS À JOUR LE 29/12/2022

Base de perfusion, pompe à perfusion, pousse-seringue – Exelia Combox, Exelia SP, Exelia Therapy Manager, Exelia VP – Fresenius Vial

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2219779.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Fresenius Vial.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de Fresenius Vial



Il s'agit d'une mise à jour de la communication du 23 décembre 2021 de référence R2124530, relative aux prévisions de déploiement des versions logicielles Exelia 1.1.F3 puis 1.1G.

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/12/2021 - MIS À JOUR LE 29/12/2022

Pompe à perfusion Exelia VP, Pousse-seringue Exelia SP, Base de perfusion Exelia Combox, Exelia Therapy Manager - Fresenius Vial

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2124530.

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 29/12/2022 - MIS À JOUR LE 30/12/2022

Base de perfusion, pompe à perfusion, pousse-seringue - Exelia Combox, Exelia Therapy Manager, Pompe à perfusion Exelia VP, Pousse-seringue Exelia SP, Fresenius Kabi - Fresenius Vial

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2228697
