

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 19/12/2018 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

## Ozurdex 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur - Allergan France

### Complément aux rappels du 03/10/2018 et du 12/10/2018

Le laboratoire ALLERGAN France procède, en accord avec l'ANSM, au rappel des lots mentionnés ci-dessous de la spécialité OZURDEX 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur (Code CIP 3400949407118) :

- Lot E78067 péremption 03/2019
- Lot E79045 péremption 08/2019
- Lot E81736 péremption 08/2020
- Lot E82043 péremption 10/2020
- Lot E82397 péremption 11/2020
- Lot E83066 péremption 03/2021

Ce rappel fait suite à la mise à disposition de lots d'Ozurdex ne présentant pas le défaut qualité ayant entraîné les rappels de lots précédents de cette spécialité (suite à la détection sur l'implant d'une particule de silicium provenant du manchon de l'aiguille OZURDEX). Il est effectué par précaution, conformément à la lettre aux professionnels de santé diffusée le 8 Octobre 2018.

Pour toute question ou information médicale complémentaire, vous pouvez contacter notre Département Information Médicale :

- Tél : 0800 001 204
- ou email : [pa-medinfo@allergan.com](mailto:pa-medinfo@allergan.com)

*Niveau de rappel* : officines, établissements de santé et circuit de distribution pharmaceutique.

Télécharger le courrier

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 04/10/2018 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

## Ozurdex 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur - Allergan France

Le laboratoire ALLERGAN France procède, en accord avec l'ANSM, au rappel des lots mentionnés ci-dessous de la spécialité :

**Ozurdex 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur - Allergan France  
(complément au rappel du 04/10/2018)**

Le laboratoire ALLERGAN France procède, en accord avec l'ANSM, au rappel du lot mentionné ci-dessous de la spécialité

---