

Dispositif intra-utérin (stérilet) – Euromedial Cu 375/ Cu 375, Gynelle 375 – SMB Medical Devices PVT Ltd

Information destinée aux officines, pharmacies d'usage intérieur, structure de soins de ville

Actualisation du 11/03/2025

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SMB Medical Devices PVT Ltd. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous len° **R2433594**.

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société CCD



SUCCESSFULLY REMOVED

Few things to make sure

- The level of force must be in range of 5.4 N to 5.8 N
- Patients are never advised to remove it by their own selves.
- For other information kindly refer to the literature provided by the manufacturer
- SMB Corporation of India that is "IFU for Cu375"

Ainsi, le retrait du DIU Gynelle 375 est effectué en toute sécurité.
Merci pour votre attention.

Information du 21/10/2022

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SMB Medical Devices PVT Ltd.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2218760.

Téléchargez le courrier de la société SMB Medical Devices PVT Ltd.

