

## Pompe à insuline externe – Mylife App – Sinovo health solutions GmbH – Défaut logiciel

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2303627.

### Actualisation du 30/03/2023

Le défaut de l'application mylife App est résolu

- [Consultez l'information du 30/03/2023](#)

### Pompe à insuline externe – Mylife App – Sinovo health solutions GmbH

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2303627/R2305439.

---

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Sinovo health solutions GmbH.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Sinovo health solutions GmbH

