

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 03/03/2023

DMU d'aphérèse cellules mononucléées, DMU d'aphérèse échange plasmatique – Amicus exchange kit, Amicus mononuclear cell kit – Fresenius Kabi AG – Risque de rupture d'intégrité des poches

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2304547.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Fresenius Kabi AG.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Fresenius Kabi AG