

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 30/03/2023

## Pompe à insuline externe - Mylife App - Sinovo health solutions GmbH

**Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2303627/R2305439.**

L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Sinovo health solutions GmbH.

Il s'agit d'un complément d'information de la FSN qui a été publié le 28 février 2023 :

---

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 28/02/2023 - MIS À JOUR LE 30/03/2023

### Pompe à insuline externe - Mylife App - Sinovo health solutions GmbH - Défaut logiciel

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2303627.

---

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Sinovo health solutions GmbH

