

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 11/04/2023

Réactif Liaison Aldostérone - DiaSorin

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2307165.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre du retrait de deux lots effectuée par la société DiaSorin.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société DiaSorin

