

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 12/04/2023

Oxygène Médicinal Air Products Médical 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille – Air Products Medical

Niveau de rappel : Structures dispensatrices d'oxygène à domicile.

Le Laboratoire Air Products Medical procède, en accord avec l'ANSM, au rappel de certaines bouteilles d'oxygène médicinal des tailles suivantes :

- ministars d'un volume de 15L (PR 142935) CIP 3400938145717
- ministars d'un volume de 5L (PR 142931) CIP 3400938145595
- ministars d'un volume de 2L (PR 145378) CIP 3400938145427
- RM 200 d'un volume de 2L (PR 14881) CIP 3400935394842

Ce rappel fait suite à un risque de présence d'huile à l'extérieur des bouteilles sur la sachet d'inviolabilité et sur le chapeau des bouteilles.

127 bouteilles sont concernées par ce rappel et ont été distribuées auprès de 4 clients.

Rappel effectué en direct auprès des quatre clients destinataires de ces bouteilles.

Le message est envoyé uniquement auprès des clients concernés par ce rappel de lot.

Aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce rappel.