

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 05/06/2023

# Défibrillateur implantable - DAI & CRT-D Cobalt XT / Cobalt / Crome / Visia AF / Visia AF MRI / Evera / Evera MRI / Primo MRI / Mirro MRI / Claria MRI / Amplia MRI / Combia MRI / Viva / Brava - Medtronic

**Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2311297.**

La société Medtronic a informé l'ANSM d'un possible dysfonctionnement intermittent de certains de ses défibrillateurs automatiques implantables (DAI) et de resynchronisation cardiaque (CRT-D).

Voir la liste des modèles qui pourraient être concernés par ce dysfonctionnement en France

+

## Modèles Cobalt XT :

- Cobalt XT VR : DVPA2D1, DVPA2D4
- Cobalt XT DR : DDPA2D1, DDPA2D4
- Cobalt XT HF : DTPA2D4, DTPA2D1
- Cobalt XT HF Quad : DTPA2QQ, DTPA2Q1

## Modèles Cobalt :

- Cobalt VR : DVPB3D1, DVPB3D4
- Cobalt DR : DDPB3D1, DDPB3D4
- Cobalt HF : DTPB2D4, DTPB2D1
- Cobalt HF Quad : DTPB2QQ, DTPB2Q1

## Modèles Crome :

- Crome VR : DVPC3D1, DVPC3D4
- Crome DR : DDPC3D1, DDPC3D4
- Crome HF : DTPC2D4, DTPC2D1
- Crome HF Quad : DTPC2QQ, DTPC2Q1

## Modèles Claria :

- Claria Quad CRT-D: DTMA2QQ
- Claria Quad CRT-D : DTMA2Q1
- Claria CRT-D :DTMA2D4
- Claria CRT-D : DTMA2D1

## Modèles Amplia :

- Amplia CRTD : DTMB2D4
- Amplia CRTD : DTMB2QQ

**Modèles Viva :**

- Viva Quad XT DTBA2QQ
- Viva XT : DTBA2D1
- Viva XT : DTBA2D4
- Viva Quad XT : DTBA2Q1

**Modèles Visia :**

- Visia AF XT : DVFB2D1
- Visia AF XT : DVFB2D4

**Modèles Evera :**

- Evera XT DR : DDMB2D1
- Evera XT DR : DDMB2D4

Le risque de dysfonctionnement peut être corrigé par une reprogrammation du DAI/CRT-D.

En raison de ce risque, la société Medtronic a diffusé un courrier à ses clients des établissements qui sont utilisateurs des dispositifs concernés. Un courrier est également destiné aux patients porteurs de ces DAI/CRT-D.

Si vous êtes concerné par ce risque de dysfonctionnement, vous allez être contacté par le centre qui assure votre suivi.

Des investigations complémentaires de l'ANSM sont en cours.

[Consulter le courrier aux établissements \(information de sécurité\) de mai 2023](#)

[Consulter la lettre destinée aux patients de mai 2023](#)

**Lire aussi**

---

[INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX](#) - PUBLIÉ LE 18/07/2024

**Défibrillateur implantable - DAI & CRT-D Cobalt XT / Cobalt / Crome / Visia AF / Visia AF MRI / Evera / Evera MRI / Primo MRI / Mirro MRI / Claria MRI / Amplia MRI / Compia MRI / Viva / Brava - Medtronic**

Information destinée aux pharmacies d'usage intérieur, établissements de santé

---