

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 22/06/2023

# Oxygène Médicinal Sol France 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille – Sol France

## Niveau de rappel : Structures dispensatrices de gaz médicaux.

Le Laboratoire Sol France procède, en accord avec l'ANSM, au rappel de certaines bouteilles d'oxygène médical Sol France 200 bar de volumes différents du lot mentionné ci-dessous :

### Lot 2014130623X00054UF (péremption 13/06/2028)

- Oxygène médical Sol France 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille d'un volume de 2 L (code article 23-40128 / B2) CIP 34009 350 599 9 4
- Oxygène médical Sol France 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille d'un volume de 5 L (code article 23-40129 / B5) CIP 34009 345 849 0 9
- Oxygène médical Sol France 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille d'un volume de 15 L (code article 23-40144 / B15) CIP 34009 345 851 5 9

Ce rappel fait suite à un risque de présence d'un code CIP13 erroné dans le code Datamatrix figurant sur l'étiquette de certaines bouteilles, entraînant un problème de traçabilité de ces bouteilles. Le CIP erroné correspond à un volume différent de la même spécialité.

113 bouteilles sont concernées par ce rappel et ont été distribuées auprès de 19 clients.

Rappel effectué en direct auprès des 19 clients destinataires de ces bouteilles. Aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce rappel.