

Embout de pipetage Hamilton CO-RE Tips - Hamilton

Information destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2314120, R2314190. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre du retrait de plusieurs lots effectué par la société Hamilton.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Hamilton

