

Accessoire Simplexa Direct Amplification Disc - Diasorin Molecular

Information destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2314970. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre du retrait de plusieurs lots effectué par la société Diasorin Molecular.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Diasorin Molecular

