

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 04/07/2023 - MIS À JOUR LE 01/09/2023

## Ventilateur - Carina - Dräger

## Information destinée aux établissements de santé

## Actualisation du 01/09/2023

Afin de prévenir tout risque d'utilisation des ventilateurs Dräger Carina en pédiatrie, dans l'attente du déploiement de nouveaux couvercles sans mousse insonorisante prévue au 4e trimestre 2023, le fabricant a envoyé aux établissements de santé une étiquette à apposer sur les ventilateurs comportant la mention "ne pas utiliser en pédiatrie".

NE PAS UTILISER EN PÉDIATRIE

Téléchargez le courrier de la société Dräger du 04/07/2023

Téléchargez la fiche de suivi à retourner à Dräger

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2315124. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Dräger.

Les établissements de santé concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Dräger



PUBLIÉ LE 04/07/2023 - MIS À JOUR LE 01/09/2023

## Les ventilateurs Dräger Carina ne doivent plus être utilisés en pédiatrie

SURVEILLANCE - MATÉRIOVIGILANCE