

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 10/07/2023

Contrôle de qualité Liquid Urine Control Level 2 - Randox Laboratories

Information destinée aux laboratoire d'analyses de biologie médicale

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2315585. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre du retrait d'un lot effectué par la société Randox Laboratories.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Randox Laboratories