

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 11/07/2023

Renfort pariétal/treillis Surgimend / Primatrix - Integra

Information à destination des pharmacies d'usage intérieur

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2312205. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de retrait de lots effectuée par la société Integra.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Integra