

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/11/2023

Gant de chirurgie – Sterile Latex Surgical Gloves, Medistock Brand – Anhui Anyu Latex Products Co., Ltd

Information destinée aux établissements de santé, pharmacies d'usage intérieur, laboratoires d'analyses de biologie médicale, officines, structures de soins de ville, grandes et moyennes surfaces

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2325309. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Extension de l'action de sécurité R2313504 de juillet 2023 (rappel de lot) effectuée par le fabricant Anhui Anyu Latex Products Co et mise en œuvre par la société Medistock suite à la détection de résultats non conformes au test de stérilité sur des échantillons issus d'un lot de gants de chirurgie, dans le cadre d'une campagne de contrôle des gants médicaux de l'ANSM. L'ANSM poursuit les investigations.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Medistock



Consultez l'action de sécurité de de juillet 2023 :

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 05/07/2023 - MIS À JOUR LE 13/11/2023

Gant de chirurgie – Sterile Latex Surgical Gloves, Medistock brand – Anhui Anyu Latex Products Co., Ltd

Information destinée aux officines, pharmacies d'usage intérieur, laboratoires d'analyses de biologie médicale, structures de soins de ville, prestataires de santé à domicile.
