

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 16/11/2023

Virologie - Réactif Alinity m HCV AMP Kit - Abbott

Information destinée aux laboratoire d'analyses de biologie médicale

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2325601. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre du retrait de quatre lots effectué par la société Abbott.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier Abbott