

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 29/11/2023

## Vidéoscope gastro-intestinal Evis Exera III - GIF-1TH190 - Olympus Medical Systems Corp.

### Information destinée aux établissements de santé

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2325103. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Olympus Medical Systems Corp.

Les étapes de séchage décrites dans l'addendum doivent également être effectuées après la désinfection et le rinçage final de ce modèle d'endoscope.

Ainsi, toutes les méthodes de retraitement compatibles avec ce dispositif sont concernées par cette modification.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Olympus Medical Systems Corp.