INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 14/12/2023 - MIS À JOUR LE 06/03/2024

# Immuno-Hématologie – Réactif I-Mag Screen – Diagast

**Information destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale**

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2328604. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Diagast.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Diagast

**L'ANSM a diffusé, le 04/03/2024, une information de sécurité aux utilisateurs du réactif I-Mag Screen fabriqué par la société Diagast :**

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 06/03/2024 - MIS À JOUR LE 25/11/2025

## Immuno-Hématologie – Réactif I-Mag Screen – Diagast

Information n° R2328604 destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale

PUBLIÉ LE 06/03/2024 - MIS À JOUR LE 25/11/2025

## Faux négatifs de RAI de dépistage I-Mag-Screen Diagast : des recommandations entrent en application

SURVEILLANCE - HÉMOVIGILANCE