

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 28/02/2024

Chargeur de petit diamètre à pointe incurvée d'agrafeuses chirurgicales Signia - Medtronic

Information destinée aux centres de formation

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de rappel de lots effectuée par le fabricant Medtronic.

Un seul utilisateur (un centre de formation) a reçu les lots incriminés. Aucun de ces produits n'a été distribué dans les établissements de santé.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2406186.

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité

Téléchargez le courrier de la société Medtronic

