RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/04/2024

Gants d’examen Vinyle - Medistock

Information destinée aux établissements de santé, pharmacies d'usage intérieur, structures de soins de ville, cabinets dentaires

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2412212.
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

Cette action de sécurité (rappel de lot) est effectuée par la société Medistock suite à la détection de résultats non conformes au test de force de résistance à la rupture selon la norme EN 455-2 sur des échantillons issus d'un lot de gants d’examen, dans le cadre d'une campagne de contrôle des gants médicaux de l'ANSM.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Medistock