

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 15/04/2019 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

Solutions pour perfusion intraveineuse - Macopharma

Annule et remplace l'information diffusée le 12/04/2019 Précision apportée : Seul le lot 17L14B péremption 12/2019, CIP 3400935613547 de Glucose Macopharma 5% 1000ml, a été distribué à l'officine.

Il a été détecté des particules métalliques avant utilisation dans quelques poches de perfusion intraveineuse fabriquées durant la période de juin à juillet 2018. L'apparition du défaut est due à l'usure d'une pièce de l'appareil de production.

Le Laboratoire MACOPHARMA procède en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution au rappel de tous les lots de solutions pour perfusion intraveineuse cités en pièce jointe dans la mesure où il n'a pas été possible de définir la date exacte d'apparition du défaut.

Le Laboratoire précise qu'aucun cas de pharmacovigilance en rapport avec ce défaut qualité n'a été rapporté à ce jour.

[Consulter la liste de lots rappelés](#)

Niveau de rappel : Ce rappel de lots est effectué auprès des établissements de santé, des circuits de distribution pharmaceutique et des officines.

Pour toute question, vous pouvez contacter le laboratoire par courriel à l'adresse suivante :
Reclamations.Hopital@macopharma.com