

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 18/04/2019 - MIS À JOUR LE 03/05/2021

## Implants mammaires macrotexturés et implants mammaires à surface recouverte de polyuréthane

**Conformément à la décision de l'ANSM de retirer du marché, par mesure de précaution, des implants mammaire macrotexturés et des implants mammaires à surface recouverte de polyuréthane, les fabricants ont envoyés aux utilisateurs les courriers ci-dessous pour procéder au rappel des implants concernés :**

Les implants mammaires de la société Allergan concernés par cette décision ont déjà fait l'objet d'un rappel en décembre 2018 , suite au non renouvellement de leur marquage CE par l'organisme notifié.

Implants mammaires Monobloc® Silicone SoftOne® à surface texturé « T » - Laboratoires ARION - Rappel

Prothèses mammaires implantables - Eurosilicone S.A.S - Rappel

Prothèses mammaires implantables - Nagor Limited - Rappel

PMI silicone texturée - Microthane Polytxt- Polytech Health Aesthetics - Rappel

PMI silicone texturée - Prothèses mammaires implantables - Groupe Sebbin

Références des implants mammaires concernés par la DPS

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 03/01/2019 - MIS À JOUR LE 04/05/2021

### Implants mammaires texturés - Allergan Limited

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'un retrait de produit effectué par la société ALLERGAN LIMITED.



PUBLIÉ LE 04/04/2019 - MIS À JOUR LE 15/01/2021

L'ANSM décide, par mesure de précaution, de retirer du marché des implants mammaires macrotexturés et des implants mammaires à surface recouverte de polyuréthane - L'ANSM ne recommande pas d'explantation préventive pour les femmes porteuses de ces implants

**SURVEILLANCE** - RETRAITS DE LOTS

---