

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/07/2024

Lève-personne mobile Mini Samssoft 150, Samssoft 175 - Drive Devilbiss Healthcare France

Information destinée aux officines, pharmacies d'usage intérieur, structures de soins de ville, prestataires de santé à domicile

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Drive Devilbiss Healthcare France.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité fait suite au constat par le fabricant Drive Devilbiss Healthcare de l'absence de retour d'une partie de ses clients au sujet de l'[action de sécurité R1916625](#), conduisant ainsi à la persistance des signalements de ruptures d'axes de palonnier V1 (axe de palonnier NON renforcé) sur les lèves-personnes Samssoft 175 et Mini Samssoft 150.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° **R2421086**.

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Drive Devilbiss Healthcare France



DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 17/09/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

Lève-personne mobile -Samssoft 175 et Mini-Samssoft 150 - Drive Devilbiss Healthcare France

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE FRANCE.