INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/07/2024

Lève-personne mobile Mini Samsoft 150, Samsoft 175 - Drive Devilbiss Healthcare France

Information destinée aux officines, pharmacies d'usage intérieur, structures de soins de ville, prestataires de santé à domicile

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Drive Devilbiss Healthcare France.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité fait suite au constat par le fabricant Drive Devilbiss Healthcare de l'absence de retour d'une partie de ses clients au sujet de l'action de sécurité R1916625, conduisant ainsi à la persistance des signalements de ruptures d'axes de palonnier V1 (axe de palonnier NON renforcé) sur les lèves-personnes Samsoft 175 et Mini Samsoft 150.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le**n° R2421086**.
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Drive Devilbiss Healthcare France

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 17/09/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

Lève-personne mobile -Samsoft 175 et Mini-Samsoft 150 - Drive Devilbiss Healthcare France

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE FRANCE.