

## Programmateur CareLink 2090 - Medtronic

### Information destinée aux établissements de santé, pharmacies d'usage intérieur

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Medtronic. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° **R2420702**.

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Medtronic

