

Oxygène médicinal Air Products médical 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille -Laboratoire Air Products médical

Le Laboratoire AIR PRODUCTS MEDICAL procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution au rappel de bouteilles d'oxygène médicinal dénommées « MINISTAR 2 » d'un volume de 5 litres (code produit : 142931) et dont le code CIP est 3400938145595.

Il s'agit de bouteilles de type ministar de nouvelle génération (ministar 2) distribuées uniquement depuis le 4 avril 2019.

Ce rappel fait suite à la détection de vannes incomplètement serrées sur les bouteilles. Le risque estimé de fuite d'oxygène est faible.

La qualité de l'oxygène contenu dans les bouteilles n'est pas impactée par ce défaut de serrage.

Ce rappel est effectué auprès des clients concernés ayant reçu ces produits

Aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce rappel.