INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 05/08/2024

Lit médical – Ecofit Plus et Ecofit S – Tecfor Care GmbH

Information destinée aux officines, pharmacies d'usage intérieur, structures de soins de ville, magasins de matériel médical, prestataires de santé à domicile

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2414342. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise à jour de l'avis de sécurité par la société Tecfor Care GmbH, initialement publiée sur le site de l'ANSM en date du 20 juin 2024. Ce nouvel avis de sécurité contient une information complémentaire pour les lits médicaux Ecofit S utilisés en même temps que des ventilateurs invasifs non équipés de batterie ou de système d'alarme, chez des patients pesant plus de 150 kg. Dans cette configuration, il est nécessaire de remplacer immédiatement les blocs d'alimentation secteur de ces lits.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Tecfor Care GmbH

Consultez l'information diffusée le 20/06/2024 :

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 20/06/2024

Lit médical – Ecofit Plus et Ecofit S – Tecfor care GmbH

Information destinée aux pharmacies d'usage intérieur, officines, structures de soins de ville, prestataires de santé à domicile