

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 04/11/2024

Set d'hémofiltration - Prismaflex Set et Oxiris Set - Gambro Industries / Baxter - Vantive SAS

Information destinée aux établissements de santé

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2419975/R2429778. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Gambro Industries / Baxter - Vantive SAS.

L'information de sécurité du fabricant fait suite à l'[information](#) que nous avons publiée en lien avec la Sfar (Société française d'anesthésie et de réanimation), demandant aux médecins anesthésistes-réanimateurs de ne pas utiliser des membranes dérivées du polyacrylonitrile chez les patients en soins intensifs sous hémofiltration et recevant un traitement par caspofungine.

Consultez le courrier à destination des établissements de santé

Consultez l'information publiée le 02/10/2024 :

RISQUES MEDICAMENTEUX - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 02/10/2024

Caspofungine : l'ANSM recommande de ne pas utiliser de membrane dérivée du polyacrylonitrile chez les patients en soins intensifs sous hémofiltration

Information à destination des médecins réanimateurs
