

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 28/11/2024

Pousse-seringue Orchestra et Pilot - Batteries PowerSonic, Yuasa - Fresenius Kabi AG

Information destinée aux pharmacies d'usage intérieure, établissements de santé

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Fresenius Kabi AG. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° **R2429586/R2429850**.

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Fresenius Kabi AG