INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 10/12/2024

Pompe à insuline externe (réservoir) – Accu-Chek Spirit 3.15 ml – Roche Diabetes Care GmbH – Risque de fuite d'insuline

Information destinée aux prestataires de santé à domicile

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Roche Diabetes Care GmbH.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le **n° R2433593**.
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier pour les prestataires de santé à domicile

Consultez le courrier pour les patients

Consultez le courrier pour les professionnels de santé