

Défibrillateur externe (DAE) – Pile du Corpuls AED – GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH (Corpuls) – Test de la batterie

Information destinée aux établissements recevant du public, services de soins et distributeurs

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH (Corpuls) concernant un défaut de contact de la batterie.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint détaillant la procédure permettant d'identifier un défaut de contact de la batterie avec le dispositif.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° **R2431617**.
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH (Corpuls)

