

# Cathéter de dialyse péritonéale – Extended Life PD Transfer Set, Minicap Extend Life – Vantive / Baxter

## Information destinée aux établissements de santé, médecins et néphrologues

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2429927/R2431846. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Baxter Vantive SAS a mis à jour son information de sécurité d'octobre 2024 pour informer les utilisateurs d'extension de cathéters de dialyse péritonéale de l'absence de risque d'exposition à des acides polychlorobiphényles non apparentés à la dioxine (PCBA NDL) et aux polychlorobiphényles (PCB NDL) chez les patients âgés de plus de 6 mois.

Téléchargez le courrier de la société Baxter destiné aux professionnels de santé



Téléchargez le courrier de la société Baxter destiné aux patients



## Ces courriers font suite à ceux diffusés en octobre 2024 :

Téléchargez le courrier de la société Baxter d'octobre 2024 destiné aux professionnels de santé



Téléchargez le courrier de la société Baxter d'octobre 2024 destiné aux patients



## Cette information de sécurité fait suite à celle diffusée le 31/10/2024 :

---

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 31/10/2024 - MIS À JOUR LE 13/01/2025

Cathéter de dialyse péritonéale – Extended Life PD Transfer Set – Vantive / Baxter

Information destinée aux établissements de santé, médecins et néphrologues

---