

Cathéter de dialyse péritonéale – Extended Life PD Transfer Set, Minicap Extend Life – Vantive / Baxter

Information destinée aux établissements de santé, médecins et néphrologues

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2429927/R2431846. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Baxter Vantive SAS a mis à jour son information de sécurité d'octobre 2024 pour informer les utilisateurs d'extension de cathéters de dialyse péritonéale de l'absence de risque d'exposition à des acides polychlorobiphényles non apparentés à la dioxine (PCBA NDL) et aux polychlorobiphényles (PCB NDL) chez les patients âgés de plus de 6 mois.

Téléchargez le courrier de la société Baxter destiné aux professionnels de santé



Téléchargez le courrier de la société Baxter destiné aux patients



Ces courriers font suite à ceux diffusés en octobre 2024 :

Téléchargez le courrier de la société Baxter d'octobre 2024 destiné aux professionnels de santé



Téléchargez le courrier de la société Baxter d'octobre 2024 destiné aux patients



Cette information de sécurité fait suite à celle diffusée le 31/10/2024 :

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 31/10/2024 - MIS À JOUR LE 13/01/2025

Cathéter de dialyse péritonéale – Extended Life PD Transfer Set – Vantive / Baxter

Information destinée aux établissements de santé, médecins et néphrologues
