

Chirurgie assistée par ordinateur – Dégradation du câble d'inclinaison des instruments Grasping Retractor et Tenaculum Forceps – Intuitive Surgical

Information n° R2434733 destinée aux pharmacies d'usage intérieur, établissements de santé

Actualisation au 23/02/2026

L'ANSM a été informée de la mise à jour d'une précédente action de sécurité avec un retrait de produit effectué par la société Intuitive Surgical.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous **len° R2434733**.

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Intuitive Surgical



Information initiale du 13/01/2025

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Intuitive Surgical Inc. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous **len° R2434733**.

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Téléchargez le courrier de la société Intuitive Surgical

