

Défibrillateur externe (DAE) - Powerheart G5 AED, Semi-Automatic/ Automatic – Zoll Medical Corporation – Recommandations de gestion des dispositifs

Information destinée aux distributeurs, exploitants, responsables de gestion des défibrillateurs cardiaques externes, établissements équipés d'un défibrillateur cardiaque externe

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2506088. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de effectuée par la société Zoll Medical Corporation.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint, rappelant les préconisations de la notice d'utilisation concernant les conditions de stockage et la vérification régulière de l'autotest.

Téléchargez le courrier de la société Zoll Medical Corporation

