

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 05/05/2025

Défibrillateur externe (DAE) - Fred easyport - Schiller AG - Test de fonctionnement et recommandations de gestion

Information de sécurité n° R2509420 destinée aux distributeurs, exploitants, responsables de gestion des défibrillateurs cardiaques externes, établissements équipés d'un défibrillateur cardiaque externe

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2509420. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Schiller AG.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint précisant les modalités de réalisation d'un test de fonctionnement afin de détecter un éventuel défaut.

Téléchargez le courrier de la société Schiller AG

