

# Chirurgie assistée par ordinateur – Système (RAS) Hugo – Covidien LLC / Medtronic

## Information n° R2512094 destinée aux pharmacies d'usage intérieur, établissements de santé

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Covidien LLC / Medtronic. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° **R2512094**.

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

*A noter que :*

- *La version améliorée du logiciel du système RAS Hugo, mentionnée dans l'information de sécurité du fabricant correspond à la version 2.2 ou ultérieure ;*
- *Le problème de couple excessif est principalement observé avec l'instrument Monopolar Curved Shears (MRASI0001).*

Consultez le courrier de la société Covidien LLC / Medtronic

