INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 15/05/2025 - MIS À JOUR LE 07/10/2026

Chirurgie assistée par ordinateur – Système (RAS) Hugo – Covidien LLC / Medtronic

Information n° R2512094 destinée aux pharmacies d'usage intérieur, établissements de santé

L'ANSM a été informée d’une mise à jour de l’action de sécurité effectuée par la société Covidien LLC / Medtronic, précédemment diffusée sur notre site le 15/05/2025.

Les 4 nouveaux utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2512094. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Medtronic

Cette information met à jour celle diffusée en mai 2025.

Information du 15/05/2025

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Covidien LLC / Medtronic.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le**n° R2512094**.
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

A noter que :

- *La version améliorée du logiciel du système RAS Hugo, mentionnée dans l’information de sécurité du fabricant correspond à la version 2.2 ou ultérieure ;*
- *Le problème de couple excessif est principalement observé avec l'instrument Monopolar Curved Shears (MRASI0001).*

Consultez le courrier de la société Medtronic de mai 2025