

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 16/05/2025

# Chloraprep, solution pour application cutanée – Becton Dickinson France

**Niveau de rappel : en direct auprès des établissements de santé destinataires du lot**

Le laboratoire Becton Dickinson France procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel du lot mentionné ci-dessous de la spécialité **Chloraprep, solution pour application cutanée (CIP : 3400955062400 - Ref 930901)**

- Lot 4108700 (04/2027)

Ce rappel fait suite à la mise en évidence, hors du marché français, d'un défaut de scellage de l'emballage de certains applicateurs.

Becton Dickinson France a déterminé que le lot indiqué ci-dessus pourrait présenter le même défaut potentiel, de type ouverture partielle.

Le laboratoire Becton Dickinson France n'a à ce jour reçu aucune réclamation qualité, ni aucun signalement d'événement indésirable, en relation avec des défauts de scellage sur l'emballage du lot objet du rappel

Le rappel a été effectué en direct auprès des établissements de santé destinataires du lot, aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce rappel.

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant BD local ou le Service Relation Client au 04 76 68 94 96 ou par e-mail [SERVICECLIENTBDF@bd.com](mailto:SERVICECLIENTBDF@bd.com).